

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: Mua vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :
  - Họ và tên : Lê Tiến Dũng
  - Chức vụ : Trưởng khoa Dược
  - Số điện thoại : 0912.448.850
  - Địa chỉ email : [benhvientx@gmail.com](mailto:benhvientx@gmail.com) hoặc [letiendung1022@gmail.com](mailto:letiendung1022@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ : Lê Tiến Dũng – 0912.448.850 \_ Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân.
  - Nhận qua email : [benhvientx@gmail.com](mailto:benhvientx@gmail.com) hoặc [letiendung1022@gmail.com](mailto:letiendung1022@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá : từ 08h ngày 07 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2023.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

### 1. Danh mục vật tư cần báo giá:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đ.v.t
1	Sonde Nelaton	- Sản xuất từ cao su tự nhiên - Tráng phủ silicon - Size: 6 Fr - 18 Fr	500	Cái
2	Ống đặt nội khí quản có bóng	- Có bóng chèn, - Các số từ 2.5 - 8.0 - Đầu ống vát, có cán quang	1.000	Cái
3	Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo	- Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. - Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch $\geq 2720$ mm, dây động mạch $\geq 3680$ mm. - Thể tích mỗi: 150 - 155 ml - Bầu máu có công tiêm thuốc linh hoạt. - Có túi Pillow ở dây động mạch. - Kích cỡ dây phân tiếp xúc bơm máu: đường kính trong khoảng 8,25 mm; đường kính ngoài khoảng 12,30 – 12.55 mm; chiều dài $\geq 410$ mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3.500	Bộ
4	Khóa 3 chạc có dây nối	- Dây nối dài $\geq 50$ cm - Có thể xoay 360 độ không giới hạn. - Tiệt trùng bằng khí EO	500	Cái
5	Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng	- Gồm: Catheter bằng chất liệu polyurethane nhạy nhiệt loại thẳng, loại cong, dây dẫn đường phủ nitinol đầu chữ J, 2 ống nòng 10Fr và 12Fr, kim chữ Y, dao mổ, xi lanh 5 cc, miếng dán cố định. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE	60	Bộ
6	Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng	- Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37 ° C, tính tương hợp cao . - Một bộ bao gồm: + Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, đường cân quang rõ nét. + Kim dẫn đường chữ Y + Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ $\geq 0.032$ "x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol), đầu chữ J, + Ống nòng cỡ 8Fr - 10Fr, 1bơm tiêm 5ml, + 1 lưỡi dao mổ, 1 kẹp giúp cố định ống Catheter, 1 kẹp chi phẫu thuật, 1 kim tiêm nhỏ . - Tiệt trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE 2764	50	Bộ
7	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1, kim tròn	- Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài $\geq 75$ cm, kim tròn 1/2c, dài $\geq 40$ mm, Kim thép 302 phủ silicon - Chỉ làm từ collagen sợi chắc, mềm dễ uốn - Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	1.000	Sợi
8	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut 2/0, kim tròn	- Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài $\geq 75$ cm, kim tròn 1/2c, dài $\geq 40$ mm, Kim thép 302 phủ silicon. - Chỉ làm từ collagen sợi chắc, mềm dễ uốn - Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	500	Sợi
9	Chỉ phẫu thuật Polyglycolic Acid số 1	- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 1 dài $\geq 90$ cm, kim tròn $\geq 40$ mm, 1/2C. - Chỉ được bao phủ bởi lớp Polycaprolactone và Calcium Stearate. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination; WHO-GMP	2.000	Sợi
10	Lưỡi dao mổ	- Dao sắc. - Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. - Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. - Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO 13485	10.000	Cái
11	Quả lọc thận nhân tạo	- Chất liệu màng lọc: Triacetate (CTA) hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): 1560÷1780 ml/hr/100mmHg - Thể tích mỗi: 75÷80 ml - Hệ số thanh thải (ml/phút): Urea 186÷190 ml/phút; Creatinine 173÷180 ml/phút; Phosphate 148÷165 ml/phút;	3.500	Quả

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đ.v.t
		Vitamin B12 112÷115; Myoglobin 20 ÷26 ml/phút - Lưu lượng máu (QB): ≥ 200 ml/phút		
12	Miếng cầm máu mũi	* Vật liệu bằng PVA (Polyvinylal Alcohol) tương thích sinh học, xốp (bọt biển) có thể nở rộng. * Vô trùng và đóng gói chân không. * Kích thước lỗ siêu nhỏ • Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc * Có khả năng hấp thụ > 25 lần trọng lượng	200	Miếng
13	Chất nhầy dùng trong nhãn khoa	Chất nhầy phẫu thuật: + Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% + Độ tập trung: 20mg/ml ( 2%), + Trọng lượng phân tử: ≥ 86 000 daltons, + Độ nhớt ở 27 độ C: 3000-4500cps, + Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / kg, + PH: 6,0-7,8	300	Lọ
14	Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa	- Đóng gói trong lọ vô khuẩn, - Dung tích ≥1 ml. - Độ pH: Từ 7.0 -8.5	30	Lọ
15	Dung dịch thấm phân máu đậm đặc (Acid)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: ≥ 210,68 g - Kali clorid: ≥ 5,22 g - Calci clorid.2H2O: ≥ 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: ≥ 3,56 g - Acid acetic băng: ≥ 6,31g - Glucose.H2O: ≥ 38,50 g - Nước RO vừa đủ: 1.000 ml - Tỷ lệ sử dụng Dung dịch A: Dung dịch B: Nước RO = 1 : 1,225 : 32,775 Quy cách: Can 10 lít đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat).	85.000	Lít
16	Dung dịch thấm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: ≥ 84,0 g - Nước RO vừa đủ: 1.000 ml - Tỷ lệ sử dụng Dung dịch A: Dung dịch B: Nước RO = 1 : 1,225 : 32,775 Quy cách: Can 10 lít đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid)	85.000	Lít
17	Lam kính	• Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. * Loại nhám.	200	hộp
18	Giấy điện tim 6 cần	- Dạng tệp - Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần	1.000	Tập
19	Giấy in siêu âm	- Kích thước: 110mm x 20m - Hỗ trợ: máy in Sony, máy in video siêu âm khác	450	Cuộn
20	Đầu côn vàng	Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần.	20.000	Cái
21	Đầu côn xanh	Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần.	2.000	Cái
22	Khẩu trang y tế	4 lớp kháng khuẩn. Thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại để điều chỉnh. Tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi, giúp khẩu trang ôm sát mặt. Dây đeo: dây thun mềm, có độ đàn hồi tốt.	60.000	Cái
23	Băng chỉ thị nhiệt dùng cho hấp ướt	- Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng -Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương)	10	Cuộn
24	Nẹp mặt trắng 4 lỗ	- Chất liệu Titanium; tương thích với vít xương cùng hãng sản xuất hoặc các hãng khác.	50	Cái
25	Vít xương cứng đk 3.5mm. dài 20mm	- Chất liệu titanium. - Độ dài từ 10mm đến 60mm	300	Cái
26	Filter lọc khuẩn đơn thuần	Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện Thể tích: 250-1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): > 99 % Hiệu quả lọc virus (VFE): > 99 % Tiệt trùng bằng khí EO.	5.000	Cái

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đ.v.t
27	Sonde Foley 2 nhánh các số	- Bề mặt và đầu nhọn cho phép chèn không gây chấn thương để tăng cường sự phù hợp cho bệnh nhân. - Bọc 100% silicone , dùng tốt cho bệnh nhân dị ứng latex. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	1.500	Cái

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Các vật tư, hàng hóa được giao tại kho vật tư của Khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến : Giao hàng chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (Dự kiến Quý 4.2023).
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Bệnh viện sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong vòng 90 kể từ khi nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa và các hồ sơ thanh toán cần thiết.
- Các thông tin khác : Không

*Thọ Xuân, ngày 07 tháng 09 năm 2023*



**Phung Sỹ Thường**