

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Mua thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :

- Họ và tên: Lê Tiến Dũng
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 0912.448.850
- Địa chỉ email: benhvientx@gmail.com hoặc letindung1022@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Tiến Dũng – 0912.448.850 - Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân.
- Nhận qua email : benhvientx@gmail.com hoặc letindung1022@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 26 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 09 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế cần báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông tin số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đ.v.t
1	Máy chạy thận nhân tạo HDF Online	<ul style="list-style-type: none">- Lọc máu liên tục, hoàn trả lại máu sạch dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo- Hiển thị các thông số và thông báo trên màn hình- Tự động kiểm tra các chức năng của máy trước mỗi ca điều trị- Lưu lượng dịch lọc 100 - 800 mL/phút, với độ chính xác 0 - 10 %- Tự động mỗi màng/tự động trả máu- Có chức năng CTS (Clean-treatment-start)- Gồm máy chính kèm theo bộ linh kiện tiêu chuẩn	01	Cái
2	Máy đo độ loãng xương toàn thân	<ul style="list-style-type: none">- Đo mật độ xương toàn thân bằng tia X- Đảm bảo an toàn bức xạ- Công nghệ DXA nửa cơ thể; Hấp thu tia X năng lượng kép; Chùm tia rẽ quạt hẹp; Diện tích vùng quét rộng; Thời gian quét ngắn.- Chức năng quét liên tục, quét lại.- Gồm máy chính kèm theo các phụ kiện phụ trợ	01	Cái
3	Monitor theo dõi bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none">- Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số: Điện tim ECG; nhịp tim, nhịp thở; nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO₂; huyết áp không xâm lấn (NIBP); nhiệt độ.- Màn hình màu độ phân giải cao- Kết nối với hệ thống monitor trung tâm- Có chuông và đèn báo động- Gồm máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn	02	Cái
4	Bơm tiêm điện	<ul style="list-style-type: none">- Truyền và hút chất lỏng với độ chính xác cao- Màn hình hiển thị- Các ống tiêm tương thích: 5, 10, 20, 30, 50 ml- Chức năng bơm nhanh, chức năng chờ- Tự động tính tốc độ truyền- Chức năng an toàn- Gồm máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn	05	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông tin số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đ.v.t
5	Máy điện tim 6 cần	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD màu - Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy chính, kết nối mạng LAN - Chế độ ghi dữ liệu tự động - Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Lưu trữ với dung lượng lớn - Gồm máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 	02	Cái
6	Giường cấp cứu đa năng	<ul style="list-style-type: none"> - Có thể di chuyển linh hoạt, dùng để cấp cứu bệnh nhân nặng - 4 vị trí cắm cọc truyền ở 4 góc; 4 bánh xe giảm chấn. - Có đệm mút dày, vỏ chống thấm - Motor tự động điều chỉnh độ cao, nâng hạ phần gối và lưng; 	20	Cái
7	Tủ đầu giường	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Nhựa - Có ngăn kéo chia ngăn - Hai bên thành tủ có 2 móc treo bằng inox hoặc nhựa - Mặt bàn thiết kế phẳng, có thể dùng để đồ dùng cá nhân - Có khoá 	20	Cái
8	Bồn tắm sơ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Bồn tắm 2 chậu chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. - Chất liệu : Bền, chống ố, không có vết nước, đúc liền khối, không góc cạnh. - Bề mặt được bao phủ láng mịn, dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển vi khuẩn - Công suất thiết kế: 2 chậu - Khung đỡ: Được thiết kế vững chắc - Có sưởi ấm bằng đèn hồng ngoại. - Hệ thống nước nóng lạnh, tiết trùng và kiểm soát nhiệt độ nước. 	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Các thiết bị y tế được giao tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà sản xuất.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong vòng 90 kể từ khi nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa và các hồ sơ thanh toán cần thiết.
5. Các thông tin khác: Không

Thọ Xuân, ngày 26 tháng 09 năm 2023



Phùng Sỹ Thường